



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2315165

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

01.10.2019 № 014-2371/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Авангард», производителя медицинского изделия:

«Салфетка антисептическая стерильная спиртовая (70% этиловый спирт), ТУ 9393-001-56176857-2015, размер: 60 x 100 мм», **партия 06.2018**, производства ООО «Авангард», Россия, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 21.11.2016 № РЗН 2016/4620, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационные письма Росздравнадзора: от 11.03.2019 № 01И-686/19 «О внесении изменений в информационное письмо Росздравнадзора от 28.01.2019 № 01И-250/19», от 28.01.2019 № 01И-250/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю в ООО «Авангард», по адресу: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, Пушкинская набережная, дом 1, предварительно связавшись по телефону: (812) 611-05-80.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Приложение к письму Росздравнадзора  
от 01.10.2019 № ОПЧ-2371/19.

ООО «Авангард»  
187000, Ленинградская область,  
Тосненский район, город Тосно,  
Пушкинская набережная, дом 1.  
ИНН 7826741774.

03.09.2019г.

Илх N° 01А-19

Субъектам обращения медицинских изделий

**Информационное письмо об отзыве медицинского изделия**

ООО «Авангард», в рамках корректирующих действий по обеспечению качества медицинского изделия, уведомляет Вас о необходимости провести проверку наличия медицинского изделия «Салфетка антисептическая стерильная спиртовая (70% этиловый спирт) ТУ 9393-001-56176857-2015, размер 60\*100 мм, дата производства 06.2018», не соответствующего требованиям технической документации согласно письма РЗН №01и-686/19 от 11.03.2019г.

В случае его выявления:

- уведомите Вашего регионального представителя ООО «Авангард» для согласования дальнейших действий по отправке указанной партии медицинского изделия на склад ООО «Авангард».
- в случае прямой поставки осуществите возврат указанной партии медицинского изделия в наш адрес: 187000, Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, Пушкинская набережная, дом 1, предварительно связавшись по телефону: (812) 611-05-80.

С уважением,

Генеральный директор

/Рябенко О.В./

