



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

17 ОКТ 2019 № **01И-2570/19**

На № _____ от _____

О внесении изменений в информационное
письмо Росздравнадзора от 17.09.2019
№ 01И-2260/19

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 17.09.2019 № 01И-2260/19 в связи с технической ошибкой, в части указания партии медицинского изделия и номера информационного письма, просит считать верным следующее изложение первого и второго абзаца:

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Церебрум-М» медицинского изделия «Система трансфузионная с иглой 18Gx 1½ (1,2x40 мм)», LOT 09.11.2016, производства Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда, Китай, регистрационное удостоверение от 27.04.2011 № ФСЗ 2011/09652, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационные письма Росздравнадзора от 16.07.2019 № 01И-1730/19 «О приостановлении применения медицинского изделия» и от 27.07.2019 № 01И-1803/19 «О внесении изменений в информационное письмо Росздравнадзора от 16.07.2019 № 01И-1730/19».

Руководитель

М.А. Мурашко