



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

04.10.2013 № 16И-1166/13

На № _____ от _____

Об отмене информационного письма
Росздравнадзора от 31.07.2013 № 16И-846/13

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с предоставлением информации об устранении выявленного нарушения – отсутствия маркировки на русском языке, отменяет информационное письмо Росздравнадзора от 31.07.2013 № 16И-846/13 о незарегистрированном медицинском изделии:

«Набор для проведения экстренной трахеостомии «Mini-Trach ® II Portex ® Minitacheostomy Kit», производства фирмы Smiths Medical International Ltd., UK.

Указанное медицинское изделие зарегистрировано в установленном порядке под наименованием на русском языке «Набор для минитрахеостомии», производства фирмы Smiths Medical International Ltd., Великобритания, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05211 от 30.09.2009.

Нарушение маркировки должно быть устранено при помощи стикера, размещенного на упаковке медицинского изделия.

Врио руководителя

М.А.Мурашко