



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2343467

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

31.12.2019 № 014-3200/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Корвэй» медицинского изделия «Пробирка IMPROMINI, пробирка для взятия проб капиллярной крови с ЭДТА-К2, размер Ø 10x45 мм», LOT B98006, производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 24.03.2017 № ФСЗ 2010/06624, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 25.09.2019 № 01И-2330/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Корвэй», по телефону: 8 (495) 989-86-90.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



ООО «Корвэй» ИНН 7813133345 ОГРН 1027806871454  
Головной офис в Санкт-Петербурге:  
197110, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, офис 47Н  
Тел./факс: (812) 677-06-06  
Обособленное подразделение в Москве:  
125445, Москва, ул. Смольная, д. 24в, офис 1011  
Тел./факс: (495) 989-86-90  
[www.corway.ru](http://www.corway.ru) [info@corway.ru](mailto:info@corway.ru)

Исх. № 212 от «24» октября 2019 г.

Субъектам обращения медицинских изделий.

Медицинским организациям

**Информационное письмо  
о проведении коррекционных мероприятий**

ООО «Корвэй» сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) была проведена экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий: «Пробирка IMPROMINI, пробирка для взятия проб капиллярной крови с ЭДТА-K2, 0,2 мл, цвет крышки фиолетовый, размер 10x45 мм, кат.№ 5646802, LOT B98006, дата производства 201806, использовать до 202005, производства «Гуанчжоу Импрув Медикал Инструменте Ко., Лтд», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06624 от 24.03.2017, срок действия не ограничен.

В связи с этим, ООО «Корвэй» просит проверить складские остатки на наличие данного лота.

В случае обнаружения данных изделий просим:

- 1) Незамедлительно сообщить в ООО «Корвэй» и изъять из оборота.
- 2) Осуществить возврат данной продукции в адрес ООО «Корвэй» для утилизации.

Генеральный директор ООО «Корвэй»

/Линд В.А.