



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

09.06.2020 № 02и-1082/20

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Трубки для катетеризации, анестезиологии реанимации ОКСИТЕК Б. Эндотрахеальная трубка (с манжетой). Тип Мерфи, вариант исполнения ОКСИТЕК Б ID 6,0 ($\pm 0,15$) мм, с рентгеноконтрастной полосой», REF 1112060, LOT 20180525, производства «Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», КНР, регистрационное удостоверение от 17.05.2016 № РЗН 2016/4105, срок действия не ограничен, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 24.03.2020 № 02и-512/20 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения информации и возврата обращаться к поставщику вышеуказанного медицинского изделия.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 09.06.2020 № 011-1082/20



Закрытое акционерное общество
«МЕДИТЕК «Знамя Труда»

ИНН 7806410284 / КПП 780601001

Россия, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11, Лит. А.
e-mail: info@meditecz.ru www.meditecz.ru Тел. +7 (812) 622 10 15
р/с 40702810210000006804 в Филиале Оперу Банка в ВТБ (ПАО)
в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, к/с 30101810200000000704

Исх. № 212
от « 25 » 09 2020 г.

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем, импортируемое нами медицинское изделие «Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации», вариант исполнения ОКСИТЕК Б (ID) 6,0 ($\pm 0,15$) мм, REF 1112060, LOT 20180525, производства Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд., КНР (Nanjing Hong An Medical Appliance Co., Ltd., China), импортируется на основании наличия регистрационного удостоверения № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016 г., срок действия не ограничен, изъято из торгового оборота на основании Письма Росздравнадзора от 24.03.2020 № 10-15573/20, и подлежит возврату поставщику данного товара.

Генеральный директор
ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя труда»

Д.Е. Крупицкий