



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

27.01.2021 № 01и-100/21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2422720

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от АО «Государственный Рязанский приборный завод», производителя медицинского изделия:

«Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ВКа-75-ПЗ вариант исполнения КИУС.942711.001-01», производства АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия, регистрационное удостоверение от 15.06.2015 № ФСР 2012/13222, срок действия не ограничен, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 17.08.2020 №01и-1591/20 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю АО «Государственный Рязанский приборный завод» по электронной почте, e-mail: fax@kaspz.ru.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

А.В.Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 27.01.2021 № Ош - 100/21



«Касимовский приборный завод» - филиал акционерного общества «Государственный Рязанский приборный завод»

АО «ГРПЗ» - филиал «Касимовский приборный завод»  
Местонахождение филиала: 391300 Россия, Рязанская обл.  
г. Касимов, ул. Индустриальная, 3  
тел./ факс: (49131) 241-31, 2-29-21, e-mail: bz@rpdz.ru

АО «ГРПЗ»  
Юридический адрес:  
390000 Россия, г. Рязань, ул. Семёновская, 12

18.12.2020 № 316/26492  
На № № 10-71121/20 от 02.12.2020

Руководителю Федеральной службы по  
надзору в сфере здравоохранения  
Самойловой А.В.  
Славянская площадь, д. 4, стр. 1  
109012, г. Москва

Уважаемая Алла Владимировна!

В ответ на письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее - Росздравнадзор) от 02.12.2020 № 10-71121/20 сообщаем, что программа коррекционных мероприятий от 16.12.2020 № 316/126 доработана, в части проведения производителем проверки соответствия недоброкачественных образцов медицинского изделия «Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режима стерилизации ВКа-75-ПЗ по ТУ 9451-010-07505566-2002» в варианте исполнения КИУС.942711-001-01 (далее - Медицинское изделие), находящихся в эксплуатации, актуализированным документам регистрационного досье, с указанием срока завершения мероприятий 35 рабочих дней с даты внесения Росздравнадзором изменений в документы регистрационного досье.

Также сообщаем, что в информационное письмо для субъектов обращения медицинских изделий добавлена информация об отзыве недоброкачественных образцов Медицинского изделия из обращения и

проведении проверки соответствия указанных изделий  
актуализированным документам регистрационного досье.

Приложение: 1. Информационное письмо субъектам обращения  
медицинских изделий на 2 л. в 1 экз.  
2. Программа коррекционных мероприятий от 16.12.2020  
№ 316/126 на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

Директор по ТГН -

директор Касимовского приборного завода



  
В.М. Караваяев