



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

*12.02.2021 № 014-185/21*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2434489

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что на основании информации, поступившей от АО «РКЦ «Прогресс», производителя медицинского изделия «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005», производства АО «РКЦ «Прогресс», Россия, регистрационное удостоверение от 11.08.2015 № ФСР 2010/08648, срок действия не ограничен, производителем принято решение о добровольном отзыве партии медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора о недоброкачественном медицинском изделии от 16.12.2020 № 01и-2353/20.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в АО «РКЦ «Прогресс» (443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18), тел. +7(846) 955-13-61, факс +7(846) 992-65-18.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова





Приложение к письму Росздравнадзора  
от 12.02.2021 № ~ ОИ-185/21

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»**  
(АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»)

ул. Земеца, д.18, г. Самара, 443009, тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18, E-mail: mail@samspace.ru  
ОКПО 43892776, ИНН 6312139922, КПП 997450001

30.12.2020 №2249/2953

На ОИ-74509/20 от 16.12.2020г.

Субъектам обращения мед. изделий  
В Федеральную службу по надзору в  
сфере здравоохранения

109074, г. Москва, Славянская  
площадь, д. 4, стр. 1  
[info@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:info@roszdravnadzor.gov.ru)

Уведомление об отзыве медицинского изделия.


Настоящим уведомляем, что в соответствии с обращением Росздравнадзора от 16.12.2020 исх. № ОИ-74509/20 о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный 10Б/10 ml «Луер» ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005, игла 0,8x40 мм, партия 238, годен до: 09.22, производства АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», Россия, 443009, г. Самара, ул. Земеца, д.18, регистрационное удостоверение от 11.08.2015 № ФСР 2010/08648, срок действия не ограничен, принято решение отозвать из обращения шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные 10Б Луер «ШИ-Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005, игла 0,8x40 мм, партия 238, срок годности 09.22, производства АО «РКЦ «Прогресс».

После получения настоящего уведомления АО «РКЦ «Прогресс» просит Вас прекратить использование данной продукции, установить ее точное имеющееся количество и сообщить в наш адрес на имя советника по коммерческим вопросам Жадяева Николая Алексеевича (e-mail: [zhadyaev.na@samspace.ru](mailto:zhadyaev.na@samspace.ru)), тел. (846) 228-65-76.

По вопросам возврата вышеуказанной продукции обращаться к Вашим поставщикам.

С уважением,

Заместитель генерального  
директора по коммерческим вопросам

 Д.В. Исаев