



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

12.02.2021 № *014-182/21*

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2434474

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом уполномоченного представителя производителя ООО «Шаклин» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Шприц одноразовый стерильный 5мл, с иглой (21Gx1 ½) 0.8x40 мм INEKTA», партия 22122019, дата производства 22122019, использовать до 2122024, производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай, регистрационное удостоверение от 05.09.2011 № ФСЗ 2011/09587, срок действия не ограничен.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Шаклин» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Общество с Ограниченной Ответственностью

“ Ш А К Л И Н ”

630090, г.Новосибирск, ул. Демакова, 30, а/я 393

тел. (383) 336-01-23, факс. 332-80-44

р/с 40702810800000000659 в КБ «Аксент»

к/с 30101810700000000815 БИК: 045025815

ИНН/КПП: 5408132355/540801001

Исх. № 036-12/20 от «23» декабря 2020 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Об отзыве медицинского изделия
по РУ № ФСЗ 2011/09587 от 05.09.2011

Общество с ограниченной ответственностью "Шаклин" (ООО "Шаклин") завозит и реализует медицинское изделие «Шприц одноразовый стерильный 5мл, с иглой (21G1x 1/2) 0,8x40 мм INEKTA», партия 212204, дата производства 22122019, использовать до 21122024, производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай РУ № ФСЗ 2011/09587 от 05.09.2011, на территории Российской Федерации.

Настоящим письмом ООО "Шаклин" сообщает о добровольном отзыве медицинского изделия «Шприц одноразовый стерильный 5мл, с иглой (21G1x 1/2) 0,8x40 мм INEKTA», партия 22122019, дата производства 22122019, использовать до 21122024, производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай РУ № ФСЗ 2011/09587 от 05.09.2011 из оборота с территории Российской Федерации.


Отзыв вышеуказанного медицинского изделия производится на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 10-69499/20 от 25.11.2020г.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных изделий «Шприц одноразовый стерильный 5мл, с иглой (21G1x 1/2) 0,8x40 мм INEKTA», партия 22122019, дата производства 22122019, использовать до 21122024, производства «Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд», Китай РУ № ФСЗ 2011/09587 от 05.09.2011 с целью возврата завозчику - ООО «Шаклин», Россия, г. Новосибирск, ул. Демакова, 30, оф. 901, тел. 8(383) 336-01-23.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости готовы предоставить дополнительные разъяснения.

Управляющий
ООО «Шаклин»

ИП А.В. Романов



КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий ООО «Шаклин»
ИП Романов А.В.
/ИП А.В. Романов/

5029
28.01.2021