



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

11.03.2021 № 01и-292 / 21

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2437129

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Альфатория», производителя медицинского изделия:

«Система трансфузионная 1,2x40мм (180x1 1/2) Длина трубки 150см», партия 190715, дата производства 15/07/2019, производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение от 18.12.2009 № ФСЗ 2009/05610, срок действия не ограничен, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 29.12.2020 № 01и-2463/20 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Альфатория» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



Приложение к письму Росздравнадзора  
от 11.03.2021 № 014-292/21

ООО «Альфатория»  
394028, г. Воронеж,  
ул. Димитрова, д. 124  
литера «И», оф. 1  
тел. +7 (473) 20 706 21  
mail@alfatory.ru



LTD Alfatory  
Dimitrova str., 124,  
litera "I", of. 1  
394028 Voronezh  
tel. +7 (473) 20 706 21  
mail@alfatory.ru

Исх. № 34

«02» февраля 2021 г.

Субъектам обращения  
медицинских изделий

**О предоставлении информации**  
Приложение №1 к исх.  
№04-77811/20 от 29.12.2020 г.

Настоящим, ООО «Альфатория» информирует, что в связи с получением письма №04-77811/20 от 29.12.2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия», касающегося проверки медицинского изделия «Система трансфузионная 1.2x40мм (18Gxl 1/2) Длина трубки 150 см», партия 190715, дата производства 15/07/2019, производства «Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд., Китай, сопровождаемого регистрационным удостоверением от 18.12.2009 г. № ФСЗ 2009/05610, срок действия неограничен прошу направить в адрес ООО «Альфатория» информацию о наличии медицинских изделий из вышеуказанной партии, с указанием имеющегося количества, даты поставки и договора, а также организовать размещение медицинского изделия в карантине до момента его возврата.

Генеральный директор

И.А. Иванов