



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

27.06.2022 № 01И-694/22

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2498151

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Фогт Медикал», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, с инъекционным портом и крылышками, 22Gx1", 0,9 x 25 mm», партия B00116/0052, дата производства 2020-07, срок годности 2025-06, производства "Фогт ГмбХ", Германия, регистрационное удостоверение от 18.04.2017 № РЗН 2017/5663, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 09.03.2022 № 01И-249/22 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Фогт Медикал» по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26, тел./факс: 8 (495) 921-15-81, e-mail: vm.russia@vogt-medical.com.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 27.06.2022 № 01н-694/22



VOGT MEDICAL, RÜPPURGERSTR. 1A, HAUS B, 76137 KARLSRUHE, GERMANY

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
Здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Карлсруэ, 18.05.2022

Информационное письмо

Компания Vogt Medical Vertrieb GmbH, находящаяся по адресу: Германия, Карлсруэ, 76137, Рюппергер штрассе 1А, дом В, информирует всех субъектов обращения медицинских изделий об отзыве, на всей территории Российской Федерации, изделия медицинского назначения «Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical», REF: 1311222HE, LOT B00116/0052, дата производства 2020-07, срок годности 2025-06, производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5663 от 18.04.2017».

Причиной отзыва послужило письмо Росздравнадзора № 10 ~12814/22 от 09.03.2022 г., о недоброкачественном медицинском изделии: «Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical», REF: 1311222HE, LOT B00116/0052, дата производства 2020-07, срок годности 2025-06, производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5663 от 18.04.2017.

По всем вопросам просим обращаться к нашему уполномоченному представителю в РФ:

ООО «Фогт Медикаль»
ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26
117638, г. Москва
Тел./Факс: +7 (495) 921-15-81
E-mail: vm.russia@vogt-medical.com

С уважением,

Галина Кулгунина
Leiter der Qualitätsabteilung
(Head of Quality Department)