



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

12.07.2022 № 01и~775/22

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



2498249

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «ЛабЭнерджи», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Игла медицинская Improvacuter для взятия крови 23Gx3/4” (0.6 x19мм x190мм) Кат. № 594123190», партия LOT 20190306, дата производства 20190306, срок годности 202202, производства «Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Ltd.», КНР, регистрационное удостоверение от 23.05.2018 № РЗН 2018/7204, сообщает об отзыве медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: экспертное заключение ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ЛабЭнерджи» по тел. (812) 677-06-06.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора
от 12.07.2022 № 01н-775/22

ООО «ЛАБЭНЕРДЖИ»

**ИНН 7813509679, КПП 781301001 Юр.адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, к.2, Лит.А пом. 47 раб.место 4 Н
Расч.сч № 40702810932060000059 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА
ВТБ (ПАО) г.Санкт-Петербург к/сч.№ 30101810145250000411
БИК 044525411Т.(812)677-06-06**

Исх. № 5 от «07» марта 2022 г.

Субъектам обращения медицинских изделий.
Медицинским организациям
(получившим данный лот)

Информационное письмо о проведении коррекционных мероприятий

ООО «Лабэнерджи» сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) была проведена экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий: «Игла медицинская Improvacuter для взятия крови 23Gx3/4" (0.6x19ммx190мм) Кат.№ 594123190», партия LOT 20190306, дата производства 20190306, срок годности 202202, производства «Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Ltd.», КНР, с указанным на этикетке регистрационным удостоверением № РЗН 2018/7204 от 23.05.2018.

В связи с этим, ООО «Лабэнерджи» просит проверить складские остатки на наличие данного товара и в случае обнаружения данных изделий незамедлительно сообщить ООО «Лабэнерджи» и изъять из обращения.

Генеральный директор ООО «ЛАБЭНЕРДЖИ»
М.П.



/Казимирова Е.А.