



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

www.roszdravnadzor.gov.ru

16.11.2023 № 014 - 980/23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия



2574802

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом уполномоченного представителя производителя ООО «Церебрум-М» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках проведения корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Система инфузионная», производства ООО «Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда», Китай, сопровождаемого регистрационным удостоверением № ФСЗ 2011/09652 от 27.04.2011.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.08.2023 № 01И-733/23 «О незарегистрированном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Церебрум-М» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ЦЕРЕБРУМ-М»**

ИНН/КПП 2540221551/254001001

690078, Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Комсомольская, дом 3, этаж 10.

**Субъектам обращения медицинских  
изделий**

№80 от 25.09.2023 года

**Информационное письмо об отзыве медицинского изделия**

Общество с ограниченной ответственностью «Церебрум-М» является уполномоченным представителем производителя «Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда», Китай. С целью недопущения обращения незарегистрированного медицинского изделия, ООО «Церебрум-М» отзывает из обращения медицинское изделие «Система инфузионная», производства ООО «Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда», Китай, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении ФСЗ 2011/09652 от 27.04.2011 года.

Причина отзыва:

- Отрицательное заключение №13/ГЗ-23-127Э от 28.06.2023 года;
- Письмо №10-48891/23 от 28.08.2023 года;

В случае обнаружения неиспользованного медицинского изделия «Система инфузионная», просим прекратить реализацию. С целью возврата и получения дополнительных разъяснений, субъекты обращения медицинских изделий могут обращаться к уполномоченному представителю производителя: ООО «Церебрум-М», 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, дом 3, этаж 10, тел.: +7(423) 230-20-39, электронная почта: [cerebrumvlad@mail.ru](mailto:cerebrumvlad@mail.ru).

Директор ООО «Церебрум-М»



/Чурилов М.А./