



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

08.08.2024 № 01И-902/24

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом поставщика медицинского изделия ООО «Медцентр» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках проведения корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Шприцы инъекционные одноразовые 3 мл с иглой 23Gx11/4 (0.60 x 30 мм), условное обозначение иглы: тонкостенные, тип наконечника ЛУЕР-СЛИП», производства «Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд», Китай, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 15.07.2008 № ФСЗ 2008/02301.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 08.12.2023 № 01И-1111/23 «О незарегистрированном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к ООО «Медцентр» (см. приложение).

Приложение: на 1 л.

А.В. Самойлова



Общество с ограниченной ответственностью

«Медцентр»

ИНН 2540189114 КПП 254001001

Юридический адрес: 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова д.3,
этаж мансарда, помещение 3
E-mail: medcentr_med@mail.ru

Субъектам обращения медицинских изделий

№35 от 15.07.2024 года
На № 01И-1111/23 от 08.12.2023 года

Информационное письмо об отзыве МИ

Общество с ограниченной ответственностью «Медцентр» сообщает об отзыве из обращения медицинского изделия "Шприц инъекционный одноразовый 3 мл с иглой 23Gx1 ¼ (0,6x30 мм) тип наконечника ЛУЕР-СЛИП", производства "Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплианс Ко., Лтд.", Китай, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02301 от 15.07.2008 года.

Причина отзыва:

- Письмо № 01И-1111/23 от 08.12.2023 года
- Отрицательное заключение №13/ГЗ-23-311Э/1 от 31.08.2023 года.

В случае обнаружения неиспользованного медицинского изделия "Шприц инъекционный одноразовый 3 мл с иглой 23Gx1 ¼ (0,6x30 мм) тип наконечника ЛУЕР-СЛИП", производства "Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплианс Ко., Лтд.", Китай, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2008/02301 от 15.07.2008 года, просим осуществить возврат неиспользованных изделий импортеру медицинского изделия, с целью замены на аналогичное изделие с устраненными нарушениями, либо сообщить о наличии указанного изделия ООО «Медцентр» (ИНН 2540189114, КПП 25400100, тел.: +79089875781, e-mail: medcentr_med@mail.ru).

С уважением,

Генеральный директор ООО «Медцентр»

