



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

25.09.2024 № 01и-1069/24

На № _____ от _____

Об изъятии из обращения
отдельных партий
медицинского изделия и
отмене действия
информационного письма
от 14.06.2024 № 01и-632/24

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 14.06.2024 № 01и-632/24 и сообщает об изъятии из обращения отдельных партий медицинского изделия «Степлеры сшивающие хирургические, в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями», вариант исполнения: Степлер Circular Stapler сшивающий хирургический циркулярный со скобками FCSME 29, каталожный номер CIRCULAR STAPLER FCSME 29, номер серии / партии 230618, дата производства 18.06.2023, срок годности до 19.06.2028, производства «БИ. ДЖЕЙ.Ж.ЭФ. Пантер Медикал Экипмент Ко. Лтд.»; Китай, регистрационное удостоверение РЗН 2013/642 от 17.06.2021.

Приказ Росздравнадзора от 25 сен 2024 № 5519

А.В. Самойлова