



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

06.11.2024 № 014 ~ 1218 / 24

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2612597

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает на основании информации, поступившей от ООО «ИНТМЕД», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Изделия медицинские полимерные - изделия для анестезиологии», производства «ИНТЕГРАЛ Медикал Продактс Ко., Лтд.», КНР, регистрационное удостоверение от 29.11.2022 № ФСЗ 2008/03467, об отзыве некоторых партий медицинских изделий (см. приложение).

В случае необходимости получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «ИНТМЕД» (111524, Россия, Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 12, помещ. I, ком. 27).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

**Общество с ограниченной ответственностью «ИНТМЕД»
(ООО «ИНТМЕД»)**

111524, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ,
Д.1, СТР.12, ПОМЕЩ. I КОМН.27

Тел/факс: +7 495 234-57-31

E-mail: andrey@int-med.ru URL: www.int-med.ru

Исх. № 18/10-01 от «18» октября 2024 г.



в Росздравнадзор

Субъектам обращения медицинских изделий

Настоящим письмом Общество с ограниченной ответственностью «ИНТМЕД» (ООО «ИНТМЕД»), являющееся уполномоченным представителем производителя «ИНТЕГРАЛ Медикал Продактс Ко., Лтд.», КНР, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 01И-1060/24 от 23 сентября 2024 г «О приостановлении применения медицинского изделия» в отношении медицинского изделия «Изделия медицинские полимерные - изделия для анестезиологии», производства «ИНТЕГРАЛ Медикал Продактс Ко., Лтд.», КНР, вариант исполнения «1. Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном», модель 7 мм, номер партии 230510; модель 4,5 мм, номер партии 220302, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03467 от 29.11.2022 во избежание угрозы здоровью пациентов просит провести проверку и изъять из обращения для возврата поставщику вышеуказанные изделия.

Генеральный директор ООО «ИНТМЕД» Сюй Чжаоцзюнь,
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица
или иного лица, имеющего право действовать от имени этого
юридического лица)

«18» октября 2024 г.

М.П. (при наличии)



Суханова М.М.