



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



224502

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

**25.07.2014** № **014-1073/14**

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О незарегистрированном  
медицинском изделии

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о поступившей от территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю информации о выявлении незарегистрированного медицинского изделия «Игла канюля CANNULA FOR ABORTION SET», производства Solco Biomedical Co., Ltd, Корея, которое сопровождается регистрационным удостоверением № ФСЗ 2012/13382 от 13.12.2012, срок действия не ограничен.

Одновременно сообщаем, что регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13382 от 13.12.2012, срок действия не ограничен, выдано на медицинское изделие «Аппарат СРАР терапии CNO с принадлежностями», производства "Медин Медикал Инновейшнз ГмбХ", Германия, и на выявленное изделие не распространяется.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации незарегистрированного медицинского изделия и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

Врио руководителя

М.А.Мурашко

№ 14

Список рассылки письма от 25.07.2014 № 014-1073/14

Субъектам обращения медицинских изделий	Официальный сайт Контроль за обращением медицинских изделий Индивидуальные правовые акты
Руководителям территориальных органов Росздравнадзора	АИС Росздравнадзора

ПРОВЕРЕНО


24 ИЮЛ 2014

Румянцева Н.И.

Н.Н.Преснова  
8(499) 578-0218

0153551

norm



15.04.2014 12:00 " 15.04.14