



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

03.12.2025 № 01и-1215/25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия



2623573

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информационным письмом производителя ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД» субъектам обращения медицинских изделий сообщает об отзыве медицинского изделия:

- «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальные стерильные с наконечником «Луер» вместимостью 1 мл с иглой инъекционной однократного применения ТУ 32.50.13-001-25587590-2018, размер 1А», партия: 105, использовать до 08.2027, производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9116 от 30.04.2020 (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 16.09.2025 № 01и-952/25 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД», по тел. 8(905)6881223, по электронной почте: [premiermed@bk.ru](mailto:premiermed@bk.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму

Росздравнадзора

от 03.12.2025 № 014-1215/25**ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»****Россия, 115201, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, пер. 1-й Котляковский, д. 2**

ОГРН 1187746213071, ИНН 7724431685

e-mail: [premier-med@bk.ru](mailto:premier-med@bk.ru)

+79056881223

Исх. № 177 «07» ноября 2025гСубъектам обращения  
медицинских изделий**Информационное письмо**

На основании письма Росздравнадзора г. Москва № 014-952/25 от 16.09.2025 г. « О недоброкачественном медицинском изделии» варианта исполнения «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с наконечником «Луер» вместимостью 1 мл с иглой инъекционной однократного применения по ТУ 32.50.13-001-25587590-2018», игла 0,4x12мм, партия 105, годен до 08.2027г., производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД» (Россия), регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9116 от 30.04.2020 г., срок действия не ограничен и отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, сообщаем об отзыве указанной партии МИ и просим произвести возврат медицинского изделия «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с наконечником «Луер» вместимостью 1 мл с иглой инъекционной однократного применения по ТУ 32.50.13-001-25587590-2018», игла 0,4x12мм, партия 105, годен до 08.2027г., производства ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД» (Россия), регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9116 от 30.04.2020 г., срок действия не ограничен для замены на качественное медицинское изделие, отвечающее требованиям ТУ, ГОСТа.

С уважением,

Директор ООО «ПРЕМЬЕР-МЕД»

Белолипецких А.В.



Исп. Караваяева М.В.

+79056881223